



АЛКОТЕКТОР
ЗА ТРЕЗВОСТЬ НА ДОРОГАХ

Общество с ограниченной ответственностью «АЛКОТЕКТОР»
(ООО «АЛКОТЕКТОР»)

Адрес места нахождения: 191036, Санкт-Петербург, ул. 1-я Советская, д. 10 Литер А, пом. 2-Н,
Почт. адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5-7,
телефон/факс (812) 320-22-97, e-mail: info@alcotector.ru, www.alcotector.ru
ОКПО 82139963; ОГРН 1077847551429; ИНН/КПП 7842365421/784201001

Исх. № 97 от 20.08.2021

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ

[О внесении изменений в эксплуатационную документацию на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-П», «Юпитер-К»]

Настоящим уведомляем о внесении изменений в эксплуатационную документацию на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-П», «Юпитер-К» (далее – анализаторы), зарегистрированные в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 50041-17 и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13090). Изменения не связаны с изменениями технических, метрологических и иных характеристик анализаторов, порядка использования анализаторов, их технического обслуживания, транспортирования, хранения и утилизации. Ниже приведен текст изменений.

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 к документам: «Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-П», «Юпитер-К». Руководство по эксплуатации. ЛНБА.941433.001РЭ», 2017 г. и «Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-П», «Юпитер-К». Руководство по эксплуатации. ЛНБА.941433.001-01РЭ», 2017 г.

Изменение № 3 оформлено на основании извещения об изменении ЛНБА.42-2021 от 10.06.2021.

1 Следующие изменения распространяется на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-К», «Юпитер-П», начиная с заводского номера 006207:

Пункт 1.2.1. Слова «окружающего воздуха (20±5)°С» заменить на «св. + 15 до + 25 °С включ.».

Пункт 1.2.1. Таблица 1. Первая строка, второй столбец. Цифры «(20±5)°С» заменить на «св. + 15 до + 25 °С включ.».

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к документу: «Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-П», «Юпитер-К». Руководство по эксплуатации. ЛНБА.941433.001-02РЭ», 2017 г.

Изменение № 1 оформлено на основании извещения об изменении ЛНБА.42-2021 от 10.06.2021.

1 Следующие изменения распространяется на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-К», «Юпитер-П», начиная с заводского номера 006207:

Пункт 1.2.1. Слова «окружающего воздуха (20±5)°С» заменить на «св. + 15 до + 25 °С включ.».

Пункт 1.2.1. Таблица 1. Первая строка, второй столбец. Цифры «(20±5)°С» заменить на «св. + 15 до + 25 °С включ.».

Генеральный директор



А. С. Сидоров

Исп. Т.Н. Горякина
Нач.отд. метрологии
(812) 320-22-96, доб. 221